

Keskkonnaministeerium  
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn

<b>KIIRGUSTEGEVUSLUBA NR 05/212</b>	Luba antud (kuupäev) <b>13.05.2005</b>
<b>KIIRGUSTEGEVUSE LOA TAOTLUS NR 04/11067</b>	ja kehtib kuni (kuupäev) <b>12.05.2010</b>
<b>Tegevusloa omaja</b>	
Ärinimi, nimetus/Nimi	<b>OÜ Kristiine Hambaravi</b>
Registrikood/Isikukood	<b>10181178</b>
Aadress	<b>Endla 47-17 Tallinn</b>
<b>Kiirgustegevuse asukoht</b> (täita kui erineb loa omajast)	
Asutuse/üksuse nimetus	
Aadress	
<b>Kiirgusohutuse spetsialist</b>	
Nimi	<b>Anne Ilp</b>
<b>Kiirgustegevuse nimetus</b>	
<b>Hambaröntgenülesvõtete tegemine</b>	
<b>Kiirgustegevuse ohuaste</b>	<b>Väikese ohuga kiirgustegevus</b>
<b>Loa andja</b>	
Allkiri	
Nimi	<b>Villu Reiljan</b>
Pitser	

# **KIIRGUSTEGEVUSLOAGA MÄÄRATUD KIIRGUSTEGEVUSE TINGIMUSED**

## **1. Kiirgusallika kirjeldus ( Lisa 1)**

Kiirgustegevusloa omaja tagab kiirgusallika ohutuse õige paigaldamise, selle ruumilise asetuse, ruumide ja kiirgusallika märgistuse ning kaitsevahendite kasutamise kaudu.

## **2. Kiirgustegevuskoha rajatiste ja ruumide kirjeldus ( Lisa 2 )**

### **3. Kiirgustegevuse ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded**

#### **3.1 Üldnõuded**

- Kiirgustegevusloa omaja teavitab eelnevalt Keskkonnaministeeriumit muudatustest, kui ta kavatseb :

- 1) kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika
- 2) lõpetada kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika kasutamise
- 3) anda kiirgusallika kasutamiseks teisele isikule
- 4) muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatise või ruume
- 5) muuta muul olulisel viisil loas kirjeldatud kiirgustegevust

- Kiirgustegevusloa omaja esitab üks kord aastas kiirgusallikate inventuuri tulemused Kiirguskeskusele aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.

#### **3.2 Kiirgusohutuse nõuded**

- Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud:

- 1) vastutama kiirgusohutuse eest ja tagama tema valduses olevate kiirgusallikate füüsilise kaitse
- 2) koostama kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemi, mis sisaldab kavandatud ja süstemaatilist tegevust, mille eesmärk on kiirgusohutuse tagamine
- 3) tagama kiirgusallika ohutuse. Kiirgusallikat tohib paigaldada, remontida ja hooldada kiirgustegevusluba omav isik.

Meditšiiniradioloogia protseduuri tegev tervishoiutöötaja on kohustatud:

- 1) teostama meditsiiniradioloogia protseduure põhjendatult ja optimeeritult,
- 2) tagama kiirgusallika ohutuse ja kaitsesüsteemide korrasoleku.

#### **3.3 Kiirgusseire nõuded**

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud tagama

- 1) töökohtade kiirgusseire kontroll- ja jälgimisalal sagedusega kord kahe aasta jooksul,
- 2) korraldama kord kahe aasta jooksul röntgenseadme kvaliteedi kontrolli,
- 3) saatma mõõtetulemuste protokollid Kiirguskeskusele.



LISA 2. KIIRGUSTEGEVUSKOHA RAJATISTE JA RUUMIDE KIRJELDUS  
OÜ KRISTIINE HAMBARAVI  
ENDLA 47-17 TALLINN

